


# MEDICIÓN DE LA **SONDA** A INSERTAR EN NEONATOS

Información basada en el protocolo de colocación y elección de la sonda del Hospital de Cruces (Bizkaia)


## MÉTODO NEMU

SONDA **NASOGÁSTRICA**




- A** Punta de la nariz
- B** Borde inferior del lóbulo de la oreja
- C** Punto medio entre el apéndice xifoides y la cicatriz umbilical (aprox. 1 dedo bajo del pecho)

SONDA **OROGÁSTRICA**




- A** Comisura de la boca
- B** Borde inferior del lóbulo de la oreja
- C** Punto medio entre el apéndice xifoides y la cicatriz umbilical (aprox. 1 dedo bajo del pecho)

SONDA **TRANSPILÓRICA**  
(MÉTODO 1)



- A** Punta de la nariz/  
Comisura labial
- B** Borde inferior del lóbulo de la oreja
- C** Punto medio entre el apéndice xifoides y la cicatriz umbilical (aprox. 1 dedo bajo del pecho)
- D** Cadera derecha o fosa ilíaca derecha

SONDA **TRANSPILÓRICA**  
(MÉTODO 2)



Con el recién nacido completamente estirado sobre la cuna:

- A** Punta de la nariz
- B** Rodilla



**Se recomienda la introducción por boca** para no aumentar las resistencias de las vías respiratorias superiores y evitar riesgos de sellado si el RN requiere de dispositivos de ventilación como CPAP



Para evitar el desplazamiento, en la medición de la sonda transpilórica hay que **sumar** al resultado de la medición, los **cm. entre la distancia de la punta lastrada y el primer orificio distal**